



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE006/22
Processo Administrativo Nº SS-PE006/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS
Data de Publicação: 24/05/2022 13:01:48

TOTAL DO PROCESSO: 389.790,40

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP 28.767.561/0001-30 389.790,40

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 096 **Total: 7.056,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BMC MEDICAL CO. LTD Modelo: E-20A-H-O

Descrição: Cpap, Configuração c/ umidificador/ compensação/ c/ máscara nasal.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 7.056,80** Total Item: 7.056,80

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 97.875,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: RN-11002

Descrição: Poltrona Hospitalar, material de confecção aço ou ferro pintado/assento e encosto estofado courvin/ capacidade até 20 kg/ reclinção acionamento manual.

Quantidade: 34 **Valor Unit.: 2.878,70** Total Item: 97.875,80

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 095 **Total: 231.103,30**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MIRAX Modelo: MV100

Descrição: Autoclave Hospitalar Horizontal (75 a 150 litros), Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 231.103,30** Total Item: 231.103,30

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 030 **Total: 53.754,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: NOVAMEC Modelo: MEC/LVH 50

Descrição: Lavadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 50 Kg), estrutura externa aço inox/ barreira sanitária possui/dispositivo de segurança possui/cesto interno aço inoxidável/capacidade de 31 a 50 kg.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 53.754,50** Total Item: 53.754,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE**

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 08/06/2022 16:14

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/de017ea5b7f94ede8e6388042f7e9317.zip>

Horário: 08/06/2022 16:14

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/de965ec9af524213bade7386331ad9f6.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço